

Viktigt!

Använd inte dessa andningsskydd förens ni får mer information, men **Behåll andningsskydden hos er**, skicka inte tillbaka dem.

Information om utlämnad **KN 95 Homar FFP2** från Socialstyrelsen

Command Center Materieförsörjning på Karolinska i Solna har testat Mask KN 95 Homar, andningsskydd FFP2. Testet är utfört av Camfil och resultatet visade att masken inte uppfyller kraven för FFP2.

Socialstyrelsen **har stoppat alla eventuella ytterligare utleveranser och vill härmed informera alla regioner som har fått denna produkt av Socialstyrelsen eller annan aktör att den aktuella masken inte uppfyller ställda krav för FFP2**

Socialstyrelsen vill med detta uppmärksamma regionerna på vikten av att skyddsmateriel, även om de är CE märkta som i detta fall, kvalitetssäkra det skyddsmateriel som används.


Bild; på andningsskydd



Bild; på innerkartong där andningsskydden ligger



Bild; på transportkartongens långsida



Bild; på transportkartongens kortsida

